Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender

Grundsätzlich müssen keine Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender durchgeführt werden.

Sonstige Hinweise und Nutzungsdauer

Vor jedem Einsatz und nach jeder Reinigung empfehlen wir das Produkt auf Mängel und Schäden zu kontrollieren. Ständige Kontrolle und eine sorgfältige Handhabung verlängern die Nutzungsdauer des Produkts. Bügeln Sie das VarioSlide nur mit sehr geringer Temperatur.

Wiedereinsatz/Patientenwechsel

Ein Wiedereinsatz der Kubivent Transferhilfen ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion sowie anschließende Kontrolle auf Schäden am Produkt.

Bei Schäden und sonstigen Mängeln sollte das Produkt nicht mehr verwendet und ausgetauscht werden.

Eine entsprechende Wiedereinsatzreinigung entsprechend den Anforderungen des MPG wird von uns derzeit nicht angeboten.

Für nähere Informationen setzen Sie sich bitte direkt mit unserem Kundenservice-Center in Urbach in Verbindung (Tel.: 07181/47506-0 oder per Mail info@kubivent.com).

Herstellung und Vertrieb

Kubivent Transferhilfen werden ausschließlich von der Firma Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben. Die Kissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

Garantienachweis

Für das KUBIVENT-Produkt: _____

mit der Produkt-Nummer: _____

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler gilt als Garantiebeginn. Die 2-jährige Garantie gilt für Material- und Herstellungsfehler bei sachgerechter Anwendung. Und ist nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg gültig.

_____

Datum/Stempel/Unterschrift

KUBIVENT

KUBIVENT GmbH · Medizinische Polstersysteme
Robert-Bosch-Str. 8 · 73660 Urbach
Telefon: 07181/47506-0 · Fax: 07181/47506-99
info@kubivent.com · www.kubivent.com

Änderungen vorbehalten · Stand 03/2019

Gebrauchsanleitung

KUBIVENT **VarioSlide**

Endlosschlauch zur Reduzierung von Reibungs- und Scherkräften beim Positionieren

CE

Made in Germany

KUBIVENT

Produkt-Beschreibung

Hilfsmittel für Positionswechsel, Mobilisation und den Transfer im Bett. Der Reibungswiderstand wird durch den Einsatz vom VarioSlide stark reduziert, dadurch werden Hautreizungen vorgebeugt und der Kraftaufwand sowohl für Patienten als auch Pflegekraft minimiert.

Indikation / Zweckbestimmung

Erhebliche bis voll ausgeprägte Bewegungsdefizite. Unterstützt die Ressourcen, Förderung der Eigenmobilität oder zur Ermöglichung des Positionswechsels/der Umlagerung im Bett durch eine Hilfs-/Pflegeperson.

Kontraindikation

Kontraindikationen sind nicht bekannt. Aber auch hier gilt:
Das individuelle Krankheitsbild muss beachtet werden.

Anwendung

Vor dem Einsatz ist darauf zu achten, dass die Gleitfläche innen liegt und die geschlossene Seite des Schlauches in die gewünschte Transferrichtung zeigt. Zu erkennen ist dies auch am Waschetikett, welches ebenfalls innen angenäht ist. Nach der Seitenlagerung des Patienten legen Sie das VarioSlide entlang der Körperachse an und legen den Patienten zurück auf den Rücken. Wenn der Patient wieder auf dem Rücken liegt, müssen die Körperschwerpunkte (Gesäß, Schultern, Kopf – sofern dieser nicht mehr angehoben werden kann) auf dem VarioSlide liegen. Die Beine werden dabei angewinkelt platziert (wenn möglich), somit schaffen Sie beste Bedingungen für den Transfer. Patienten mit Eigenmobilität können die Mobilisation aktiv durch Abstützen der Füße unterstützen. Zur Verbesserung der Stabilität empfehlen wir den Einsatz des Kubivent Anti-Slide für das Abstützen der Füße.

- Wenn Ihnen die Anwendung der Transferhilfen nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
- Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller zu melden sind.

Technische Daten

Größen in cm	Artikelnummer	Gewicht in g	Empfohlen für Körpergrößen in cm
140 x 80	THVS14080	195	ab 165
100 x 80	THVS10080	180	bis 165

Auch in Sondergrößen lieferbar.

Einsatzbereich: bis 150 kg Körpergewicht

Material: 100 % Polyamid Faser

Reinigung

Das VarioSlide kann in der Waschmaschine oder durch Handwäsche gewaschen werden. In keinem Fall sollte ein Weichspüler verwendet werden.

Anwendung: Bei der Handwäsche kann das VarioSlide mit einem Tuch abgewischt und gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann zusätzlich ein mildes, haushaltsübliches Reinigungsmittel z.B. Seife verwendet werden.

Reinigung in der Waschmaschine: Das VarioSlide kann in der Waschmaschine bei 95 °C gewaschen werden. Bitte beachten Sie, dass die hohe Temperatur ein Größenverlust von bis zu 2 cm nach dem ersten Waschen nach sich ziehen kann. Wir empfehlen eine 60 °C Wäsche und die Trocknung im Wäschetrockner bei schwacher Temperatur. In keinem Fall sollte ein Weichspüler verwendet werden.

Desinfektion

Das VarioSlide kann problemlos wisch- und flächendesinfiziert werden. Die handelsüblichen auf Alkoholbasis hergestellten Desinfektionsmittel können sowohl in einem Fachhandel oder alternativ in einem Drogeriemarkt erworben werden.

Anwendung: Unabhängig vom Desinfektionsmittel sollten vor der Desinfektion unbedingt die Sicherheits- und Anwendungshinweise vom Desinfektionsmittel-Hersteller beachtet werden. Benetzen Sie alle Flächen und lassen Sie das Mittel in der vom Hersteller vorgeschriebenen Zeit einwirken. Die Wirkstoffe des Mittels müssen direkt auf die Fläche gelangen, bei gebrauchsfertigen Desinfektionsmitteln kann das Mittel mit Hilfe einer Sprühflasche oder einem in Desinfektionsmittel getränkten Tuch auf die zu desinfizierende Fläche gebracht und mit Wischbewegungen desinfiziert werden. Grobe Verschmutzungen können die volle Benetzung verhindern und sollten vor der Desinfektionsmaßnahme entfernt werden. Nur so kann die volle Wirkung des Mittels erreicht werden. Waschen Sie das Desinfektionsmittel nach einer Wischdesinfektion nicht mit Wasser ab und lassen Sie es an der Luft abtrocknen. Beim Einsatz von Konzentraten beachten Sie zudem die vom Hersteller beschriebenen Dosierungsinformationen.

Desinfektion in der Waschmaschine: Bei Verwendung eines Desinfektionsvollwaschmittels kann die Desinfektion beim Waschen in der Waschmaschine vorgenommen werden. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise vom Desinfektionsmittel-Hersteller. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder auf der Packungsbeilage vom Desinfektionsmittel-Hersteller zu finden ist. Beachten Sie zudem unsere Wasch-Hinweise unter dem Punkt „Reinigung“.

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

Sicherheitshinweise

Durch den Einsatz des gleitfähigen Materials ist darauf zu achten, das VarioSlide bei Nichtgebrauch sicher zu verwahren und keinesfalls unbeaufsichtigt im Bett beim Patienten zurück zu lassen. Das unbeabsichtigte Ablegen des VarioSlide´s auf dem Boden sollte ebenfalls vermieden werden, da hohe Sturzgefahr besteht. Auch Rauchen und das Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe ist zu vermeiden.